



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

34000 Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 48



Tel: 034/332-240; Cen.: 034/335-745; Faks: 034/335-746; e-mail: jkpv@eunet.yu TR: Banka Intesa br.160-7109-89; PIB:101039041

Број: 9162

Датум: 28.06.2016. год.

Предмет: Разјашњење конкурсне документације по захтеву

Веза: - Конкурсна документација за јавну набавку Лабораторијска опрема, бр. 34/2016, број конкурсне документације 8970/23.06.2016.

- Захтев за појашњењем конкурсне документације од 28.06.2016.

1. Питање из Захтева:

“Ставка 2: Тражена је резолуција 0,001. Код турбидиметра опсега од 0-100 NTU је стандардна резолуција, код свих произвођача 0,01.

Да ли је прихватљиво понудити турбидиметар са резолуцијом 0,01 а по свим осталим траженим техничким карактеристикама?”

Одговор Наручиоца:

Прихватљива је понуда турбидиметра са резолуцијом 0,01.

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Комисија за јавне набавке