



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ**  
**“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”**

34000 Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 48



Tel: 034/332-240; Cen.: 034/335-745; Faks: 034/335-746; e-mail: jkpv@eunet.yu TR: Banka Intesa br.160-7109-89; PIB: 101039041

Број: 9221

Датум: 29.06.2016. год.

**Предмет:** Разјашњење конкурсне документације по захтеву

**Веза:** - Конкурсна документација за јавну набавку Лабораторијска опрема, бр. 34/2016, број конкурсне документације 8970/23.06.2016.

- Захтев за појашњењем конкурсне документације од 28.06.2016.

**1. Питање из Захтева:**

“Позиција 2: Резолуција 0,001 треба да буде у целом мерном опсегу 0.01 – 1000NTU или је довољно да буде само у делу мерног опсега и у ком?”

**Одговор Наручиоца:**

Позиција 2- Резолуција 0.001 не треба да буде у целом мерном опсегу 0.01-1000NTU

**2. Питање из Захтева:**

„Позиција 5: Шта подразумевате под керамичком електродом за рН метар?  
Да дијафрагма или тело рН електроде буду керамички?“

**Одговор Наручиоца:**

Позиција 5: Електрода за рН метар је потребна за мерење рН вредности храњљивих подлога.

**3. Питање из Захтева:**

„Позиција 7: Да ли је прихватљиво нуди центрифуге са 5000 грм?“

**Одговор Наручиоца:**

Позиција 7: Центрифуга са 5000 грм је прихватљива ,ако постоји могућност подешавања на 3000 грм.

**ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац**

**Комисија за јавне набавке**