



Број: 17898

Датум: 12.10.2018.

Предмет: Разјашњење 2 конкурсне документације по захтеву

Веза: - Конкурсна документација за јавну набавку Лабораторијска опрема, бр. 06/2018, број конкурсне документације 17105/ 03.10.2018.

1. Питања из Захтева:

“За Партију 2. ставка 1. Да ли је могуће понудити магнетну мешалицу температурног опсега до 300 °C и пречника плоче 135 мм, а која задовољава све остале услове из техничке документације?”

Одговор Наручиоца:

Прихватљиво је.

2. Питања из Захтева:

“За Партију 2. ставка 2. Да ли је могуће понудити ротор са 12 места, који испуњава остале услове из техничке документације?”

Одговор Наручиоца:

Није прихватљиво.

3. Питања из Захтева:

“За Партију 5. Да ли је могуће понудити Мултипараметарски фотометар за теренско испитивање воде (боја, мутноћа, РН, амонијака, нитрити, гвожђе, маган, хром и цинк)?”

Одговор Наручиоца:

Прихватљиво је.

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Комисија за јавне набавке