



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

34000 Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 48



Tel.: 034/332-240; Cen.: 034/335-745; Faks: 034/335-746; e-mail: jkpvik@gmail.com TR: Banka Intesa br. 160-7109-89; PIB: 101039041

Број: 21561

Датум: 03.12.2018.

Предмет: Разјашњење конкурсне документације по захтеву

Веза: - Конкурсна документација за јавну набавку Лабораторијска опрема, бр. 44/2018, број конкурсне документације 21404/29.11.2018.

1. Питања из Захтева:

“Партија 5. Електропроводљивост се не мери фотометријски, а тражена је као обавезна карактеристика код мултипараметарског фотометра. Да ли је прихватљиво понудити фотометар без могућности мерења електропроводљивости?”

Одговор Наручиоца:

Прихватљиво је.

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Комисија за јавне набавке