



Број: 6754

Датум: 18.04.2019.

Предмет: Измена 2 конкурсне документације

Веа: Конкурсна документација за јавну набавку бр. **МВ 15/2019: Лабораторијска опрема**

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац врши измену конкурсне документације за јавну набавку бр. **МВ 15/2019 Лабораторијска опрема**, заводни број 6215 од 10.04.2019., на следећи начин:

I Мења се **Део III Конкурсне документације у делу ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПОНУДУ**, који је гласио:

”

ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПОНУДУ

Документацију коју је понуђач у обавези да достави у својој понуди како би доказао да нуди добра која су у складу са захтевима из техничке спецификације Наручиоца. У овом делу потребно је навести општу документацију која се односи на квалитет предмета набавке у целини, док се детаљни захтеви наводе у делу Техничке спецификације.

α. Доставити изјаву, да ће еталонирање бити обезбеђено о трошку понуђача, пре испоруке уређаја (за партију 1, 3 и 7).

β. Доставити табелу референтних купаца на меморандуму понуђача, са назначеним износима набавки без урачунатог пдв-а, наведеним контактима и контакт особама корисника/ купаца (за партију 1, 3, 4, 6 и 7).

χ. Доставити копију уговора о раду, сертификованог сервисера запосленог код понуђача опреме, на М обрасцу и сертификат сервисера, издат од стране произвођача опреме или инострупуника произвођача опреме за Европу (за партију 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 9).

δ. Уз понуду обавезно доставити изјаву, да је уређај нов, некоришћен и фабрички запакован (за партију 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9). „

Део III Конкурсне документације у делу ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПОНУДУ И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 4 - ДИГЕСТОР, сада гласи:

”

ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПОНУДУ

Документацију коју је понуђач у обавези да достави у својој понуди како би доказао да нуди добра која су у складу са захтевима из техничке спецификације Наручиоца. У овом делу потребно је навести општу документацију која се односи на квалитет предмета набавке у целини, док се детаљни захтеви наводе у делу Техничке спецификације.

Доставити изјаву, да ће еталонирање бити обезбеђено о трошку понуђача, пре испоруке уређаја (за партију 1, 3 и 7).

Доставити табелу референтних купаца на меморандуму понуђача, са назначеним износима набавки без урачунатог пдв-а, наведеним контактима и контакт особама корисника/ купаца

Доставити копију уговора о раду, сертификованог сервисера запосленог код понуђача опреме, на М обрасцу и сертификат сервисера, издат од стране произвођача опреме или инозаступника произвођача опреме за Европу

Уз понуду обавезно доставити изјаву, да је уређај нов, некоришћен и фабрички запакован (за партију 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9). „

II Мења се Део III Конкурсне документације у делу ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 4 - ДИГЕСТОР, који је гласио:

„ **ПАРТИЈА 4: Дигестор**

4.1. Лабораторијски дигестор

- отпоран на корозивне и отровне хемикалије
- кисело-отпорни вентилатор, подесиве брзине
- димензије основе, ширина x дубина (m) : 1,20 m x 0,70 m
- постоље са орманима за складиштење хемикалија (уграђен вентилатор)
- пратећа опрема и инсталација

Напомена:

- Обавезно достављање оригиналног приручника за употребу приликом испоруке уређаја као и превод на српском језику
- Уређај мора бити нов, фабрички запакован
- Понуђач мора да обезбеди сервис и одржавање (на територији Р Србије) у гарантном и вангарантном периоду од стране сертификованог сервиса
- Гаранција уређаја мора бити обезбеђена у року од најмање 12 месеци“

Део III Конкурсне документације у делу ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 4 - ДИГЕСТОР, сада гласи:

„ **ПАРТИЈА 4: Дигестор**

4.1. Лабораторијски дигестор

- Конструкција – метал, металне ногице, рам кутије INOX
- Отпоран на корозивне и отровне хемикалије
- Плафон и вентилациона хауба – пластична полипропиленска кисело-отпорна плоча са вентилационом отвором Ø200 мм
- Кисело-отпорни вентилатор, подесиве брзине, капацитета 1100 м³/h
- Радна плоча – кисело отпорне керамичке плочице
- Клизна врата од каљеног стакла и сајле од инокса

- Бочни панели од каљеног стакла

Пратећа опрема и инсталација:

- Неонско осветљење, водоотпорно, одвојено сигурносним стаклом 2x30 W, напајање електричном енергијом – електрични прикљичци (2 монофазна и 1 трофазна)
- Опционо, прикључак за воду и гас
- Постоље ормана за складиштење хемикалија
- 2 ормарића за складиштење хемикалија од полипропилена са 1 полицом
- Ормарићи морају бити повезани за вентилацију дигестора
- димензије основе, ширина x дубина (m) : 1,20 m x 0,70 m
- Дигестор мора да задовољи стандард ЕН 14175

Напомена:

- Обавезно достављање оригиналног приручника за употребу приликом испоруке уређаја као и превод на српском језику
- Уређај мора бити нов, фабрички запакован
- Понуђач мора да обезбеди сервис и одржавање (на територији Р Србије) у гарантном и вангарантном периоду од стране сертификованог сервиса
- Гаранција уређаја мора бити обезбеђена у року од најмање 12 месеци“

У свему осталом Конкурсна документација остаје непромењена.

**ЈКП „Водовод и канализација,, Крагујевац
Комисија за јавну набавку**