



Број: 6477

Датум: 15.04.2019.

Предмет: **Измена 1 конкурсне документације**

Веа: Конкурсна документација за јавну набавку бр. **МВ 15/2019: Лабораторијска опрема**

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац врши измену конкурсне документације за јавну набавку бр. **МВ 15/2019 Лабораторијска опрема**, заводни број 6215 од 10.04.2019., на следећи начин:

I Мења се **Део III Конкурсне документације у делу ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА за партију 1**, који је гласио:

”**ПАРТИЈА 1: Лабораторијски аутоклав**

1.1. Вертикални лабораторијски аутоклав, са две корпе

- 2 корпе одговарајућих димензија
- ручно (мануелно) пуњење дестилованом водом
- корисна запремина коморе 75 l
- микропроцесорска контрола за програмирање
- температура:
 1. стерилизација (110 °C-123 °C),
 2. топљење (60 °C -100 °C)
- максимални притисак 2,1 бар
- снага 320 W
- прикључак за струју 380 V
- безбедоносни термостат
- безбедоносни вентил притиска
- аларми упозорења:
 - за прекомерну температуру
 - за ниску температуру
 - грешке у процесу стерилизације
- стандардни модови (деконтаминација, стерилизација чврстих материјала и течности, топљење)
- димензије, ширина x дубина x висина (mm): 600 x 700 x 1150 (± 50 mm)

Напомена:

- Обавезно достављање оригиналног приручника за употребу приликом испоруке уређаја као и превод на српском језику
- Понуда мора да укључује испоруку и инсталацију уређаја на адресу наручиоца
- Уређај мора бити нов, фабрички запакован
- Уређај мора бити еталониран од стране акредитоване лабораторије по ISO 17025
- Понуда мора да укључује обуку корисника у трајању од 1 дана након завршене испоруке и инсталације уређаја. Инсталација и обука морају да буду обезбеђени од стране сертификованог сервисера запосленог код понуђача опреме

- Понуђач мора да обезбеди сервис и одржавање (на територији Р Србије) у гарантном и вангарантном периоду од стране сертифициваног сервиса
- Гаранција уређаја мора бити обезбеђена у року од најмање 12 месеци,,

Део Део III Конкурсне документације у делу ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА за партију 1, који је гласио, сада гласи:

„ПАРТИЈА 1: Лабораторијски аутоклав

1.1. Вертикални лабораторијски аутоклав, са две корпе

- 2 корпе одговарајућих димензија
- ручно (мануелно) пуњење дестилованом водом
- корисна запремина коморе 75 l
- микропроцесорска контрола за програмирање
- температура:
 3. стерилизација (110 °C-123 °C),
 4. топљење (60 °C -100 °C)
- максимални притисак 2,1 бар
- снага 3200 W
- прикључак за струју 380 V
- безбедоносни термостат
- безбедоносни вентил притиска
- аларми упозорења:
 - за прекомерну температуру
 - за ниску температуру
 - грешке у процесу стерилизације
- стандардни модови (деконтаминација, стерилизација чврстих материјала и течности, топљење)
- димензије, ширина x дубина x висина (mm): 600 x 700 x 1150 (± 50 mm)

Напомена:

- Обавезно достављање оригиналног приручника за употребу приликом испоруке уређаја као и превод на српском језику
 - Понуда мора да укључује испоруку и инсталацију уређаја на адресу наручиоца
 - Уређај мора бити нов, фабрички запакован
 - Уређај мора бити еталониран од стране акредитоване лабораторије по ISO 17025
 - Понуда мора да укључује обуку корисника у трајању од 1 дана након завршене испоруке и инсталације уређаја. Инсталација и обука морају да буду обезбеђени од стране сертифициваног сервисера запосленог код понуђача опреме
 - Понуђач мора да обезбеди сервис и одржавање (на територији Р Србије) у гарантном и вангарантном периоду од стране сертифициваног сервиса
- Гаранција уређаја мора бити обезбеђена у року од најмање 12 месеци“

У свему осталом Конкурсна документација остаје непромењена.

**ЈКП „Водовод и канализација,, Крагујевац
Комисија за јавну набавку**