



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

34000 Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 48



Tel.: 034/332-240; Cen: 034/335-745; Faks: 034/335-746; e-mail: jkpvik@gmail.com TR:Banka Intesa br.160-7109-89; PIB:101039041

Број: 6334

Датум: 12.04.2019.

Предмет: Разјашњење 2 конкурсне документације по захтеву

Веба: - Конкурсна документација за јавну набавку Лабораторијско стакло и потрошни материјал, бр. МВ 09/2019, број конкурсне документације 5947/08.04.2019.

1. Питања из Захтева:

“Партија 1

За ставку 62 – стаклени филтер нуч порозности П10 (4-10 μm)

Да ли је дозвољено понудити порозност 5-15 μm ? Ако није, молимо да наведете произвођача и пречник нуча.“

Одговор Наручиоца:

Прихватљиво је понудити порозност 5-15 μm .

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац
Комисија за јавне набавке