



Број: 6558

Датум: 16.04.2019.

Предмет: Разјашњење 2 конкурсне документације по захтеву

Вежа: - Конкурсна документација за јавну набавку Лабораторијска опрема, бр. МВ 15/2019, број конкурсне документације 6215/10.04.2019.

1. Питања из Захтева:

“Партија 1

Молим за појашњење, да ли је потребно понудити оригиналне, произвођачке 2 корпе перфориране уколико се ради стерилизација или неперфориране уколико се ради деконтаминација?”

Одговор Наручиоца:

Прихватљиво понудити перфориране и неперфориране корпе

2. Питања из Захтева:

“Партија 1

Молим за појашњење, да ли је одговарајуће понудити аутоклав са опсегом стерилизације од 100 °Ц до 139 °Ц и модом за топљење од 60 °Ц до 80 °Ц? Тако би се уједно и покрио тражени температурни опсег?”

Одговор Наручиоца:

Одговарајуће је.

3. Питања из Захтева:

“Партија 3

Молим за појашњење, да ли је одговарајуће понудити сушницу унутрашње запремине 114 Л?”

Одговор Наручиоца:

Није одговарајуће.

4. Питања из Захтева:

“Партија 5

Молим за појашњење, да ли је одговарајуће понудити решо димензија плоче 300 x 300 мм?”

Одговор Наручиоца:

Није одговарајуће.