



Број: 6445

Датум: 15.04.2019.

**Предмет:** Разјашњење 3 конкурсне документације по захтеву

**Веба:** - Конкурсна документација за јавну набавку Лабораторијско стакло и потрошни материјал, бр. МВ 09/2019, број конкурсне документације 5947/08.04.2019.

**1. Питање из Захтева:**

“Партија 1

Ставка бр.1.5 – Да ли је прихватљиво понудити боцу капалицу од 120 мл?”

**Одговор Наручиоца:**

Прихватљиво је понудити боцу капалицу од 120 мл.

**2. Питање из Захтева:**

“Партија 1

Ставка бр.1.12 – Да ли је прихватљиво понудити балон са стандардном висином од 230 мл, јер се од 300 мл не праве?”

**Одговор Наручиоца:**

Прихватљиво је.

**3. Питање из Захтева:**

“Партија 1

Ставка бр.1.38 – Тражене градуисане епрувете са облим дном не постоји бар не у наведеној димензији зато Вас молимо да тражену ставку издвојите у посебну партију. Али ако сте истраживањем тржишта установили да је исте могуће понудити, молимо да пошаљете каталoшки број епрувета и каталoшки број и назив произвођача“

**Одговор Наручиоца:**

Прихватљиво је понудити неградуисане епрувете, али морају бити тражених димензија

**4. Питање из Захтева:**

“Партија 1

Ставка бр.1.39 – Да ли је прихватљиво понудити центрифуске епрувете 17x120 од 15 мл?”

**Одговор Наручиоца:**

Прихватљиво је.

**5. Питање из Захтева:**

“Партија 1

Ставка бр.1.40 – Да ли сте мислили на левак за прах?”

**Одговор Наручиоца:**

Односи се на стаклени левак.

**6. Питање из Захтева:**

“Партија 1

Ставка бр.1.60 – Да ли је прихватљиво понудити петри шоље 060 мм?”

**Одговор Наручиоца:**

Прихватљиво је.

**7.Питање из Захтева:**

“Партија 1

Ставка бр.1.61 – Да ли је прихватљиво понудити порозност 4 а такође вас молимо да прецизирате запремину и пречник нуча?“

**Одговор Наручиоца:**

Прихватљиво је.

**8.Питање из Захтева:**

“Партија 1

Ставка бр.1.62 – Да ли је прихватљиво понудити боцу капалицу од 120 мл?“

**Одговор Наручиоца:**

Прихватљиво је порозност 4, пречник плочице 40 мм и запремине 60 мл

**9.Питање из Захтева:**

“Партија 3

Ставка бр.3.1 – Да ли је прихватљиво понудити кесе дим 550x620 mm?“

**Одговор Наручиоца:**

Прихватљиво је.

**10.Питање из Захтева:**

“Партија 3

Ставка бр.3.3 – Да ли је прихватљиво понудити петри плоче дим 090x14, мм?“

**Одговор Наручиоца:**

Прихватљиво је.

**11.Питање из Захтева:**

“Да ли је прихватљиво доставити ИСО сертификат 13485 за оне произвођаче који немају 9001?“

**Одговор Наручиоца:**

Није прихватљиво.