



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

34000 Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 48



Tel.: 034/332-240; Cen: 034/335-745; Faks: 034/335-746; e-mail: jkpvik@gmail.com TR:Banka Intesa br.160-7109-89; PIB:101039041

Број: 7335

Датум: 30.04.2019.

Предмет: Разјашњење 5 конкурсне документације по захтеву

Веза: Конкурсна документација за јавну набавку Лабораторијска опрема, бр. МВ 15/2019, број конкурсне документације 6215/10.04.2019.

1. Питања из Захтева:

“У измени 2 тендерске документације у делу III Конкурсне документације – Техничка спецификација за партију 4 – Дигестор, у Напомени стоји:

Дигестор мора задовољити стандард ЕН 14175

Молимо Вас да појасните како се доказује да понуђени дигестор задовољава стандард ЕН 14175?“

Одговор Наручиоца:

Потребно је доказати писаном изјавом

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац
Комисија за јавне набавке